

Tájékoztatásul minden gazdasági szereplő részére!

Budapest, 2017. április 24.

Tárgy: „FT-1043/Ózd/2016 – Laboratóriumi diagnosztikumok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás – Válasz előzetes vitarendezési kérelemre

Tisztelt Ajánlattevő!

Hivatkozva a tárgyban megjelölt közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, **2017. április 19.-én 15 óra 16 perckor** kézhez vett előzetes vitarendezési kérelmükre, arra az alábbi észrevételeket kívánjuk tenni.

É SZ R E V É T E L E K

Tisztelt Ajánlatkérő!

Hivatkozva a tárgyi eljárásra, vitarendezési kérelmünk részleteit az alábbiakban adjuk elő.

Ajánlattevő az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent 2017/S 057-105332 számú hirdetményhez tartozó dokumentációt letöltötte.

2017. március 28-án Ajánlattevő észrevételeket, ill. kérdéseket tett fel az 5. ajánlati rész tekintetében.

Ajánlatkérő válaszát 2017. április 18-án kapta Ajánlattevő kezébe.

Ajánlatkérő a 7. kiegészítő tájékoztatásban az alábbiakat adja válaszként:
„Olyan tesztet kíván a Kórház beszerezni, amely latex-immunoassay elven működik és applikálható a megajánlott készülékre.”

Jelenlegi piaci ismereteink szerint egyetlen olyan gyártó (Instrumentation Laboratory, magyarországi forgalmazó: Werfen Hungary Kft.) létezik, akinek készülékkel együtt van a latex agglutinációs tesztje, amely a készülékre applikálható.

Ezen kitétel korlátozza a versenyt, kizárja a piacon jelen lévő valamennyi labor diagnosztikai versenytársat, ártól, minőségtől függetlenül.

Mindezen túlmenően rendkívül gazdaságtalanná, veszteségesé teszi a vizsgálatot, ha felapplikálják az automatára, a tesztet (6 pontos kalibrációt igényel, külön kalibrátor, kontrol és hígító beszerzése is szükséges), amelyet az éves összesen 100 db vizsgálat nem indokol.

Fentieket alapul véve, megvalósul az alapelvi sérelem; Ajánlatkérő megsérti a Kbt. 2. §-t, sértve az esélyegyenlőséget, a közpénzek hatékony és felelős felhasználását

Javasoljuk Ajánlatkérő részére, hogy módosítsa a műszaki elvárást oly módon, hogy elfogadható legyen olyan latex agglutinációs teszt is, amely nem applikálható a megajánlott készülékre, ezáltal kinyitva a versenyt a többi piaci szereplő részére.

Mielőbbi megtisztelő válaszukat megköszönve

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő megvizsgálta a fentiekben megadott előzetes vitarendezésben leírtakat, és álláspontja szerint nem sértette meg a Kbt. 2. §-ban foglaltakat, figyelemmel arra, hogy tudomása szerint, nem kizárólag a vitarendezési kérelemben megnevezett (Instrumentation Laboratory, magyarországi forgalmazó: Werfen Hungary Kft.) az egyetlen olyan gazdasági szereplő a piacon, akinek készülékkel együtt van a latex agglutinációs tesztje, amely a készülékre applikálható.

Ennek ellenére a piaci verseny szélesítése érdekében, az **5. részre vonatkozóan** az ajánlati felhívását módosítja, oly módon, hogy ez a szakmai feltétel, mint bírálati szempont, értékelésre kerül, és megajánlható olyan latex agglutinációs teszt is, amely nem applikálható a megajánlott készülékre.

A beérkező ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat elve alapján kerülnek értékelésre az alábbiak szerint.

Az ajánlatok pontozása 1-10 pont között történik.

1. értékelési szempont:

Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke a megadott vizsgálat számhoz 1 évre szükséges tesztek, reagensek, fogyóanyagok, kalibrátorok, kontrolok, elektródák, mosó folyadékok és egyéb kiegészítők összköltsége a mellékelt fogyóanyag ártábla alapján, amennyiben előírás, használatba adni kívánt készülékkel együtt **(fordított arányosság) súlyszám: 80**

2. értékelési szempont:

Az FDP vizsgálathoz megajánlott teszt latex-immunoassay elven működik és applikálható a megajánlott készülékre **(igen/nem) nem válasz: 1 pont, igen válasz: 10 pont, súlysám: 20**

A fentiekben leírtak alapján a **közbeszerzési dokumentum 20.1. pontja – Értékelés –, továbbá a Felolvasólap és Ártáblázat is ennek megfelelően módosul.**

A korrigendumnak, a TED honlapján történő megjelenéséről azonnal és egyidejűleg tájékoztatást küldünk minden gazdasági szereplőnek.

Tisztelettel

*Némediné Horányi Márta s.k.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
ügyvezető*

Ajánlatkérő képviseletében

FAIR-TENDER Kft.

(1171. Budapest, Czimra Gy. u. 37.)

Tel: +36 70 418 6618

e-mail: fairtender@t-online.hu