

Almási Balogh Pál Kórház
3600 Ózd, Béke utca 1–3.

Tárgy: Előzetes vitarendezés kérelem a(z) „Orvosi eszközök beszerzése - 3 részben” tárgyú eljárásban

Tisztelt Ajánlatkérő!

Alulírott Salamon József mint a Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár u 19-21.) mint kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) képviselőjében eljárva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 80. § (1) bekezdés ba) pontja alapján az Almási Balogh Pál Kórház (3600 Ózd, Béke utca 1–3.), mint ajánlatkérő által „Orvosi eszközök beszerzése - 3 részben” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 3. része kapcsán az alábbi

előzetes vitarendezési kérelmet

terjesztem elő.

I. Kérelmezői jogosultság alátámasztása

A sterilizáló berendezések forgalmazásával foglalkozó szakcég, amely részt vett az összes hasonló tárgyú közbeszerzési eljárásban és teljesít hasonló tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződéseket is.

A jelen vitarendezési kérelmet az ajánlati felhívás alábbi rendelkezéseire, az abban foglaltakra figyelemmel a Kbt. 80. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti határidőn belül terjesztjük elő.

II. Az ajánlati felhívás és dokumentáció jogsértőnek tartott rendelkezései

A közbeszerzési eljárás előkészítése során az ajánlatkérőnek alapos piackutatást kell végeznie annak érdekében, hogy a tervezett közbeszerzésének becsült értékét a lehető legpontosabban, a legnagyobb körültekintéssel határozza meg. A Kbt. 3. §-ának 22. pontja definiálja a közbeszerzési eljárás előkészítésének fogalmát, amely az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése. A jogalkotó által adott fogalom meghatározásból is egyértelműen látszik, hogy a becsült érték meghatározása és az ehhez kapcsolódó fenti feladatok ellátása az ajánlatkérő egyik legfontosabb kötelezettsége a közbeszerzési eljárás megindítása előtt. A piacfelmérés bármilyen módszerrel történhet, az ajánlatkérő éppúgy kérhet tájékoztató jellegű ajánlatokat, mint ahogy korábbi tapasztalataira is támaszkodhat, vagy megfelelő szakember bevonásával is megalapozott döntésre juthat.

Feltételezzük, hogy ajánlatkérő eleget tett a fenti jogszabályi kötelezettségének, amely eredményeképpen megállapítást kellett nyerjen az, hogy jelen kérelmi elemekkel érintett alábbi műszaki paraméterek a Kbt. – alábbiakban idézett – 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58. § (3) bekezdését is sértik, valamint a Kbt. 2. §-a szerinti alapelvekbe ütköznek, ezért jogsértők.

50. § (4) Az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be.

58. § (3) A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során.

2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.

(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági szereplők számára.

(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia.

Az előzőekre figyelemmel, orvos szakmai szempontból nem indokolt, technológiai megoldásokra utaló műszaki paraméterek nem a legjobb ár-érték arányú berendezések szállításának előnyben részesítését valósítja meg, amellyel a Kbt. 2. § (1) bekezdése szerinti verseny tisztaságát, a 2. § (2) bekezdése szerinti esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot sérti. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Kbt. 2. § (4) bekezdése alapján hatékony és felelős gazdálkodás elve alapján kötelesek eljárni, amely követelmény azonban a fentiekben kifejtettek miatt nem teljesül.

A Kbt-ben rögzített valamennyi szabály és alapelv betartása érdekében kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy az alábbiakban hivatkozott műszaki paramétereket a javaslatainknak megfelelően módosítani – adott esetben értékelési szemponttá minősíteni – szíveskedjen, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló fedezet összegét a lehető legmagasabb szintű technológiai paraméterekkel rendelkező legjobb ár-érték arányú berendezésekre tudják felhasználni a valódi versenyhelyzet megeremelésével.

A jogsértést megvalósító, kötelezően előírt műszaki paraméterek az eljárás 3. részében a Flexibilis endoszkóposó kapcsán:

Motorikus mozgatású, lábkapcsolóval nyitható kamraajtó a higiénikus behelyezés biztosítására

Megállapítható, hogy a berendezések működésének hatékonyságát nem befolyásolja ezen kényelmi funkció kötelező módon történő előírása. Ajánlatkérő annyit ér el a paraméter előírásával, hogy kizár orvosszakmailag egyenértékű berendezéseket, valamint szűkíti a versenyt, ugyanis ezen paraméterrel kizárólag egyetlen gyártó, egyetlen terméke felel meg.

A készülék legyen felszerelve vegyszer tartályok párolgás gőzeinek elszívására alkalmas elszívóval és csöcsatlakozóval

Ajánlatkérő ezzel az előírásával kizár olyan ajánlattevőket, akik – orvos szakmai szempontból egyenértékű – zárt rendszerű berendezést szeretnének megajánlani; ugyanis

ilyen rendszer esetén nem szükséges az elszívó megléte. A régi konstrukciójú endoszkóp mosó készülékek a régi korokban elérhető alkatrészekből épültek fel. A technika fejlődésével újabb anyagok és alkatrészek állnak rendelkezésre, melyek felhasználásával teljes egészében és biztonsággal megelőzhető és kiküszöbölhető a vegyszer tartályok gőzeinek szivárgása.

Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy az ajánlattétel során a „vegyszertartályok párolgás gőzeinek elszívására alkalmas elszívó és csőcsatlakozóval” egyenértékű megoldásnak tekintse a vegyszerek zárt, tömített rendszerben való kezelését, felhasználását.

Szeretnénk továbbá megjegyezni, hogy a régi konstrukciójú készülékek elszívóit és csőcsatlakozóit a felhasználó által kiépítendő, az épület tetősíkja fölé vezetett különálló kéménybe kell vezetni, melybe más nem köthető be. Ennek kiépítése költségei sok esetben eléri a készülék beszerzési árát.

Ahogy arra fent is utaltunk a közbeszerzési eljárás gondos előkészítése alapvető érdeke az ajánlatkérőnek. A közbeszerzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a közbeszerzési eljárások alapos előkészítése nagyban segítheti a közpénz-felhasználás kívánt eredményének megvalósulását és az esetleges jogorvoslati eljárások elkerülését. A Kbt. 28. § (1) bekezdése a beszerzés tárgyára és a becsült értékére tekintettel való megfelelő alaposágú előkészítést teszi kötelezővé az ajánlatkérők számára.

Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy a jogsértés kiküszöbölése érdekében az érintett kötelező műszaki paramétereket törölni szíveskedjenek. Amennyiben mégis a kiírási feltételrendszer részévé kívánják tenni, úgy – jelen kérelemben rögzített és a versenyt biztosító módon – értékelési szempontként határozzák meg azokat.

III. A kérelmező javaslatai, észrevételei

A fentiekre figyelemmel kérjük Önöket, hogy a vitarendezéssel érintett pontokat a fentiek szerint módosítani szíveskedjenek, ennek érdekében módosító hirdetményt adjanak fel.

A jogsértő felhívással szemben az előzetes vitarendezés sikertelensége esetén további jogorvoslati eszközöket is igénybe kívánunk venni, így jogorvoslati kérelmet nyújtunk be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

Budapest, 2019. február 16.

Tisztelettel:

Steelco Hungary Kft.
1116 Budapest, Temesvár u. 19-21.
Adószám: 14971921-2-43

